



PEC- 15 - 2
DECLARATION DE PRISE EN CHARGE
A JOINDRE DANS LA VALISE AVANT ENVOI

DATE:

Identification du client

ETABLISSEMENT

ADRESSE

NOM DU CONTACT

TELEPHONE

E-MAIL

Identification du matériel

MATERIEL

N° DE SERIE

L'ENDOSCOPE A-T-IL ETE DESINFECTE ?

OUI

NON

Aide au diagnostic

DEFAULT CONSTATE

ANOMALIES CONSTATEES

ENDOSCOPE NON ETANCHE

PROBLEME D'IMAGE

GAINE DISTALE

FAISCEAU LUMIERE

CANAL OPERATEUR

BEQUILLAGE DEFECTUEUX

INSUFFLATION BOUCHEE

SWITCH VIDEO

ASPIRATION DEFECTUEUSE

TUBE D'INSERTION

GAINE DE LUMIERE FROIDE